

## 物品賃貸借等仕様書

### 1 件名

実践教育センター授業用ハイブリッドシミュレータの賃貸借

### 2 賃貸借期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日（60ヶ月）

### 3 賃貸借物品

品 名	多職種連携ハイブリッドシミュレータ SCENARIO (MW27)
メーカー	株式会社京都化学
数 量	1式
構成品	<ul style="list-style-type: none"><li>① モデル本体 1体</li><li>② コントロールPC 1点</li><li>③ キーボード 1点</li><li>④ 生体情報モニター 1点</li><li>⑤ ヘッドセット（マイク） 1点</li><li>⑥ かつら（高齢者） 1台</li><li>⑦ かつら（成人） 1点</li><li>⑧ シナリオ用マスク（高齢者） 1点</li><li>⑨ シナリオ用マスク（成人） 1点</li><li>⑩ 義歯（モデルに装着） 1点</li><li>⑪ 正中注射パッド 1点</li><li>⑫ 女性性器ユニット 1点</li><li>⑬ 男性性器ユニット 1点</li><li>⑭ パジャマ/下着 1式</li><li>⑮ 専用アネロイド式血圧計 1点</li><li>⑯ 専用体温計 1点</li><li>⑰ 専用パルスオキシメータ 1点</li><li>⑱ 付属品（貯水袋（大・小）、防水袋用チューブ、防水用ポンプ（膀胱用）、潤滑剤、トレーニングモデル用潤滑剤） 1式</li><li>⑲ ケーブル類（LANケーブル、LANアダプター、HDMI無線アダプター、電源ケーブル（HDMI用、モデル用）、HDMI有線接続ケーブル、OAタップ） 1式</li><li>⑳ 取扱説明書 1式</li></ul>
仕様等	<p><b>1. 製品について</b></p> <p>1.1 ①は成人全身モデルであり、材質は軟質特殊樹脂／硬質特殊樹脂であること</p>

	<p>1.2 ①の身長は約 152 cm、重量約 20 kgであること</p> <p>1.3 ①は呼吸音聴診・心音聴診・腸音聴診・血圧測定・脈拍測定・SpO2 測定・体温測定のバイタルサインが確認できること。</p> <p>1.4 ①は救急対応を想定した、気道確保や胸骨圧迫、挿管、または挿管介助のトレーニングが可能であること。</p> <p>1.5 ②を用いてインターネットを介したシナリオの追加ダウンロード機能を有すること。</p> <p>1.6 ②③を用いて学習者の行動の記録ができること。</p> <p>1.7 ④は生体情報モニターを用いた研修を可能にするものであること。</p> <p>1.8 ⑤は①の頭部のスピーカーから音声を発生させることができること。</p> <p>1.9 ⑥⑦は①に装着でき双方交換可能であること。</p> <p>1.10 ⑧⑨⑪⑫⑬はシナリオに合わせて顔色の変化・成人・高齢者・男性・女性のようにシチュエーション設定のために使用できること。</p> <p>1.11 ⑩は①において着脱が可能であること</p> <p>1.12 ⑪はモデル左腕正中静脈において、静脈注射・薬液投与・点滴静脈内注射での滴下確認を可能にするものであること。</p> <p>1.13 ⑭は①に着用させることができること。</p> <p>1.14 ⑮⑯⑰は②で設定した数値を再現することができること。</p> <p>1.15 ⑯は導尿の演習時の貯水や排水を可能にするものであること。</p> <p>1.16 ⑯は①②の電源供給等が可能であること。</p> <p>1.17 ⑯は当製品の取り扱い説明がされていること。</p> <p>1.18 患者を想定した患者情報が 30 症例以上インストールされていること。</p> <p>1.19 シナリオ作成モードで任意のシナリオが作成・編集可能であること。</p>
	<p><b>2. メンテナンス等について</b></p> <p>2.1 契約期間中、インターネットを介して、随時シナリオや更新データのダウンロードが可能であること</p> <p>2.2 不具合発生時には専用窓口へ電話やメールで問合せが可能なこと</p> <p>2.3 年に1回、消耗品交換を含めたメンテナンスを受けられること。メンテナンス費用は、発注者の故意又は重過失による</p>

	ものを除き、無償とする。
--	--------------

#### **4 納入・設置場所**

神奈川県横浜市旭区中尾町1丁目5番1号

神奈川県立保健福祉大学実践教育センター

#### **5 その他**

- (1) 納入日は、事前に発注者と調整のうえ決定すること。
- (2) 納入時、機器の取扱いや操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。
- (3) リース期間満了後は、発注者に当該物品を無償譲渡すること。
- (4) 本仕様書に定めのない事項等が発生した場合には、発注者と受注者が十分協議のうえ決定すること。